

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 61055-15

Срок действия утверждения типа до **18 марта 2030 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС»
(ООО «ЭРИС»), Пермский край, г. Чайковский**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РФ

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 116-221-2014 с изменением № 4;

МП 116-221-2014

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год; 3 года - для исп. ДГС ЭРИС-210ИК,
ДГС ЭРИС-230ИК, ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR**

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от **17 апреля 2026 г. N 759.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«20» апреля 2026 г.